

1 Déclaration de conformité UE

Cette déclaration atteste que l'appareil est conforme aux spécifications normalisées pour les appareils et accessoires électriques ainsi qu'aux spécifications normalisées de sécurité et de validation du système de la société du fabricant.

Seul le fabricant assume la responsabilité d'établir cette déclaration de conformité UE.

1.1 Validité du produit

Cette déclaration est valide pour les produits ou versions de produits suivants :

- **827 pH lab**

pH-mètre de laboratoire permettant de mesurer les valeurs pH, la tension et la température ; connecteurs pour une électrode de mesure, une électrode de référence et un capteur de température.

1.2 Directives

L'objet de la déclaration, décrit ci-dessus, est conforme aux législations harmonisées en vigueur dans l'Union :



- **2014/35/UE – Directive basse tension, DBT**

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ; Journal officiel de l'UE L96, 29/03/2014, pages 357-374

- **2014/30/UE – Directive compatibilité électromagnétique, CEM**

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique ; Journal officiel de l'UE L96, 29/03/2014, pages 79-106



- **2011/65/UE – Directive relative à certaines substances dangereuses, RoHS**

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ; Journal officiel de l'UE L174, 01/07/2011, pages 88-110

- **2012/19/UE – Élimination et recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, DEEE**

Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ; Journal officiel de l'UE L197, 24/07/2012, pages 38-71

1.3 Spécifications de sécurité

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité suivantes :

*Conception et
essai de type*

- **EN 61010-1: 2010**

Prescriptions de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de contrôle, de régulation et de laboratoire

- **EN 60529: 2013 – Degré de protection IP40**

Types de protection fournie par le boîtier (code IP)

- **ISO 12100: 2010**

Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque

- **EN 61140: 2016 – Classe de protection III**

Protection contre les chocs électriques - Aspects communs aux installations et aux matériels

1.4 Compatibilité électromagnétique (CEM)

*Conception et
essai de type*

- **EN 61326-1: 2013**

Exigences CEM générales concernant les appareils de mesure, de contrôle, de régulation et de laboratoire

1.4.1 Rayonnement parasite

Normes respectées

- EN 61000-6-3: 2011

- EN 55011 / CISPR 11: 2016

1.4.2 Résistance aux parasites

Normes respectées

- EN 61000-6-2: 2005

- EN 61000-4-2: 2009

- EN 61000-4-3: 2010

- EN 61000-4-4: 2012

- EN 61000-4-5: 2014

- EN 61000-4-6: 2014



1.5 Fabricant

Metrohm AG, Ionenstrasse, CH-9100 Herisau/Suisse

Metrohm AG est titulaire du certificat ISO 9001 délivré par SQS – Système de gestion de la qualité pour le développement, la production et la commercialisation d'instruments et d'accessoires d'analyse.

Herisau, 7 janvier 2019

P. Hanzlik

P. Hunziker

Vice-président,
Directeur du développement

Dr. M. Scher

M. Saba

Directeur de la gestion qualité et des affaires réglementaires