



Rack dei campioni, 159 x 2 mL e 3 x 300 mL, (PVC)

6.2041.480

Rack dei campioni per 858 Professional Sample Processor adatto a 159 vial e 3 flaconi per risciacquo. Possono essere utilizzati i seguenti vial: 2 mL (Eppendorf), 6.1608.080, 6.1627.000.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1608.080	Bottle / 300 mL
	Rinsing vessel for IC Sample Processors.



6.1627.000

PE bottle, 125 mL for IC

This bottle is used with fully automatic dilution.



6.1627.100

Screw cap with septum, trace analysis

The screw cap with septum is ideal for trace analysis due to the negligible contamination caused by the septum. Perfect for maintaining standards over a prolonged period. Screw cap with septum for PE bottle, 125 mL (6.1627.000) und PE bottle, 50 mL (6.1608.100).



6.2072.000

Bottle adapter for 6.1627.000 to 6.2041.440

The bottle adapter permits placement of the 125 mL PE bottle on the 148 x 11 mL + 3 x 300 mL (6.2041.440) sample rack.

